


 Anesthesia

気管切開チューブ

# メラコルゲート内カニューレ

MERA Tracheostomy Tube Colgate within Cannula



 MERA

## メラコルゲート内カニューレ

### ■ 特長

- 気管切開チューブ「メラ ソフィット クリア」、「ソフィットフレックス」に組み合わせできます。
- インナヘッドの色がサイズ別に違うため、誤選択・誤挿管防止となります。
- 分泌物過多な患者様に使用し、交換することで内筒を清潔に保てます。
- 装着時は、「メラスピーチバルブ」が接続できない安全設計がされています。

### ■ 製品仕様

商品コード	商品名	内径 (mm)	色	適合する気管切開チューブ (内径)	JAN コード (14)	適合タイプ
0043009601	メラコルゲート内カニューレ 5.5 (7用)	5.5	黄	7.0	14806019611901	C (カフ付)
0043009701	メラコルゲート内カニューレ 6 (7.5用)	6.0	青	7.5	14806019611918	CF (カフ・窓付)
0043009801	メラコルゲート内カニューレ 6.5 (8用)	6.5	紫	8.0	14806019611925	C-S (カフ・吸引付)
0043009901	メラコルゲート内カニューレ 7 (8.5用)	7.0	緑	8.5	14806019611932	CF-S (カフ・窓・吸引付)
0043010001	メラコルゲート内カニューレ 7.5 (9用)	7.5	橙	9.0	14806019611949	F (カフなし・窓付)
						NC (カフ・窓なし)

●包装:5個/箱 (EOG滅菌済)

※使用上の注意:気管切開チューブ内径サイズに適合した「メラコルゲート内カニューレ」を使用すること。



写真1



写真2

例:メラコルゲート内カニューレ7 (8.5用)

- 「メラコルゲート内カニューレ」には、内径サイズ (ID) (写真1) と適切な気管切開チューブのサイズ (内径) (写真2) が刻印されています。

製造販売業者

**MERA 泉工医科工業株式会社**

■ 埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■ 問い合わせ先 (本社商品企画): TEL.03-3812-3254 FAX.03-3812-4613)

■ 営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・つくば・松本・新潟・東京支店・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・高松・九州支店・鹿児島

製造業者

**MERASENKO CORPORATION**

国名:フィリピン

**注意**

ご使用前に必ず添付文書をよくお読みになってからご使用ください。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります、あらかじめご了承下さい。

●2016/5月/2000 ●認証番号:227ADBZX00204000 ●不許複製

●A-2 ●S-1 ●BA-0295-01 [www.mera.co.jp/](http://www.mera.co.jp/)