


# MERA SUCUUM 009

メラサキューム009 型式 MS-009



# MS-009

## メラサキュームの継承

胸腔・腹腔ドレナージに幅広く使いやすくなりました。



### 1台で2役


PTFEフィルター付きとフィルターなしの2種類の吸引回路があり、使用目的に応じて選択可能です。

### 3色から選べるカラーバリエーション

ピンク・グリーン・ブルーから用途に合わせた選択が可能。



## ユーザビリティ 操作性が維持された操作パネル



### 誤操作防止のユーザーフレンドリー設計

- 間欠時間の設定は59秒から1分へ連続的に切り替わる方式になり、誤設定を防止します。

### オートロック機能を採用

- 移動時等、目の届かない場合に不意の誤操作を防止
- ロック機能作動中に操作不可のボタンを押した場合、拒否音が鳴りロック作動中であることをお知らせ致します。

## 汚染感染対策 2種類の脱着交換式の吸引回路セットを1台で共有可能




### EXフィルターセット


- PTFEフィルター(疎水性)付き吸引回路
- 洗浄、消毒が不要な単回使用タイプ

### 洗浄ドレンタンクセット

- 脱着式で丸洗い、浸漬洗浄、消毒できる吸引回路
- 吸引ポンプへの排液流入による故障を防止するため、単回使用のオーバーフロー防止フィルターを採用しました。




## バッテリー機能 リフレッシュ機能で保守性アップ



### 約4時間の急速充電

- 60分以上のバッテリー運転が可能。
- 3段階のバッテリー残量表示。
- 保守はバッテリーユニットを交換するだけ。

### 自動バッテリーリフレッシュ機能を搭載



### 電動式低圧吸引器

## メラサキューム009 (型式:MS-009T)

- 綺麗で視認性の良いカラー液晶タッチパネル
- 胸腔ドレナージにおけるエアリークの経過管理に役立つトレンド機能
- 機器管理に役立つ操作・警報履歴が確認可能

## オプション

### 吸引回路



■EXフィルターセット



■洗浄・消毒タイプ(未減菌)

オーバーフロー  
防止フィルター(単回使用)

### 接続管チューブ



■メラコネクター付接続管



■メラコネクター付接続管

### 排液バッグ



■メラアクアシールD2バッグ  
(容量1000mL)



■メラアクアシール2000バッグ  
(容量2000mL・患者側2ポート)



■メラアクアシール  
逆流防止弁



■シールキャップ



■排液キャップ



■メラDバッグ

### MSカート



■メラMSカート G

※ガード台は含まれません。



■メラMSカート ST



■メラMSカート DX

### その他



■鉗子ホルダー



■バッテリーパック

仕様	
設定吸引圧・最大流量	-1~50hPa 2.0L/分以上
間欠吸引の時間設定(吸引、休止)	1秒~5.9秒(1秒単位)→1分~60分(1分刻み)
定格電源・バッテリー	AC100V 50/60Hz・DC12V ニッケル水素蓄電池連続運転時間:60分以上 充電時間:約4時間
電源入力	60VA以下
外形寸法	250mm(W)×200mm(D)×480mm(H)
重量	4.1kg
防滴規格	IPX0
表示・警報作動	リーク警報・高陰圧警報・バッテリー残量警報・システムエラー・圧力センサエラー・バッテリーエラー

コード番号	JANコード(13)	販売名	規格/型式	包装(数量)	認証番号
0150001400	4544753038669	メラサキューム009	MS-009Tグリーン	1式/箱	228ADBZX00080000
0150001500	4544753038676		MS-009Tピンク		
0150001600	4544753038683		MS-009Tブルー		
0150001700	4544753045872		MS-009グリーン		
0150001800	4544753045889		MS-009ピンク		
0150001900	4544753045896		MS-009ブルー		
0150501401	4806019614513	EXフィルターセット(MS-008EX, MS-009, MS-009T 対応)	10個/箱	10個/箱	
0150501501	4806019614520		オーバーフロー防止フィルター		
0150501600	4806019614537	洗浄ドレンタンクセット(MS-009, MS-009T 対応)	1個/箱	1個/箱	
0159535000	-	バッテリーパック	MS-009T/MS-009用	1個/袋	-

コード番号	JANコード(13)	販売名	規格/型式	包装(数量)	届出番号
0150100101	4806019600493	メラアクアシール	D2バッグ	20個/箱	11B1X00016000001
0150100201	4806019600509		2000バッグ	12個/箱	
0158001501	4544753018333		逆流防止弁	10個/箱	
0150100301	4806019600516	メラDバッグ	1000	20個/箱	11B1X00016000004
0150204501	4806019604859	メラコネクター付接続管	US×P×1.5m	10本/箱	11B1X00016000002
0150204701	4806019604873		UL×P×1.5m		
0150200601	4806019600578		8×10×1.5m		
0150503101	4806019607041	メラ アクアコンフォート	シールキャップ	10個/箱	11B1X00016000226

コード番号	JANコード(13)	製品名	規格/型式	包装(数量)
0150502401	4806019605849	排液キャップ	排液キャップ(大) (白ポート・患者側)	50個/箱
0150502501	4806019605856		排液キャップ(小) (青ポート・器械側)	
0150500200	4544753167710	メラMSカート DX	ガードル棒付(両サイド 取付可能)	1式/箱
0150500300	4544753167727	メラMSカート ST	ガードル棒付	
0150500400	4544753167734	メラMSカート G	ガードル棒付 取付タイプ	
0150501100	4544753018173	鉗子ホルダー	-	1個/袋

※医療機器非該当品

製造販売業者

**MERA 泉工医科工業株式会社** [www.mera.co.jp](http://www.mera.co.jp)

■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■問い合わせ先:本社商品企画:TEL.03-3812-3254

**注意** 実際のお取り扱いの際には取扱説明書及び電子添付文書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。  
●2022/11月/3000 ●不許複製 ●F-3●B-8 ●BO-0351-03

お問い合わせ

